ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО“ ЕАД
гр. София - 1504, ул. „Шейново” № 19, тел/факс 944 11 63
hospital@sheynovo-ag.com, www.sheynovo-ag.eu

Р Е Ш Е Н И Е
№ 176/25.11.2019 год.

На основание на чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.106, ал.6 от ЗОП, въз основа на цялата документация събрана в хода на проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински консумативи и превързочни материали“** за нуждите на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, одобрена с решение № 143 от 16.09.2019г. (ID № 933325) на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на РОП и Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) № 144 от 16.09.2019г. (ID № 933326), по партида № 00243-2019-0006 и след като се запознах с протоколите, отразяващи дейността на комисията, назначена със заповед № 177 от 08.10.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, както и с мотивите за класирането, които считам за изчерпателни и обективни, включително и утвърдения доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, изготвен и подписан от всички членове на комисията, като съобразих установеното от комисията

Р Е Ш И Х:

I. На основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП **ОТСТРАНЯВАМ:**

1. „Соломед“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури: № 50 Игли за амниоцентеза 21 G /3 – 12 мм / - не са оферирани данни за производителя на предлагания медицински консуматив, № 170 Кабел за обратен пациентен електрод и № 171 Пациентен електрод без кабел - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация апарат ForceTriad, № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче, № 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i, МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

2. „Агарта – ЦМ“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури: № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 14 Спринцовки 50 сс за перфузор, с игла, № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона. МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение,

т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

3. „Хелмед България“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури: № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочената в техническата спецификация инфузионна спринцовкова помпа Браун; 174 Кислородна маска – оферираното изделие и представената мостра е назална канюла; за обособена позиция № 2 „Доставка на превързочни материали“, за номенклатура № 42 Прозрачна нестерилна адхезивна ролка 10см/10м с вълнообразно рязане - не са оферирани данни за предлаганата опаковка и броя опаковки; МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

4. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче, № 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i; № 259 ЕКГ електроди – оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация пациентен монитор Dräger Vista 120; МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

5. „Софарма Трейдинг“ АД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун/ инфузионна спринцовкова помпа Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона. МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

6. „РСР“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочената в техническата спецификация инфузионна спринцовкова помпа Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона. МОТИВИ: Описаните с номенклатурни

номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

7. „Истлинк България“ ООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 14 Спринцовки 50 сс за перфузор, с игла, № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун; № 34 Ръкавици нестерилни еднократни, № 35 Ръкавици нестерилни еднократни и № 36 Ръкавици нестерилни еднократни- оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация да са без пудра/без талк; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона; № 244 Антибактериален филтър за експираторна линия, № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче и № 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i; № 259 ЕКГ електроди и № 264 Хартия за принтер - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация пациентен монитор Dräger Vista 120; № 331 Тубуси - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация с инструмент STORZ; № 48 Хартия за акушерски монитор, № 51 Маска за обдишване тип „АМБУ” за новородено, № 54 Кожен съшивател за еднократна употреба - 6,9 х 3,6 мм, № 55 Инструмент за премахване на скоби от кожен съшивател за многократна употреба, № 63 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 25 см/100 м, № 64 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 30 см/100 м; № 65 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 35 см/100 м, № 73 Еднократен сет за раждане, № 98 Балон 3 л, с примка и 22 F отвор, за анестезиологичен апарат Penlon Prima 320, № 99 Принтерна хартия, съвместима с фетален монитор Smart 3, № 144 Игла за шев на кожа и мускули, № 145 Игла за шев на мускулни влакна, № 146 Чревни игли, № 147 Игла за шев на кожа и мускули, № 148 Игла за шев на кожа и мускули, № 149 Игла за шев на кожа и мускули, № 150 Натронкалк, № 158 Пълен сет за епидурална анестезия - № 421, № 159 Гинеко-цистоскопичен еднократен сет, № 160 Хирургичен операционен секцио сет, № 161 Лапароскопски сет, № 165 Набор за катетеризация, № 178 Филтър за дихателни пътища, № 179 Филтър за дихателни пътища, № 182 Гьодел силикон, № 218 Превръзка за фиксиране на канюли/ ЦВП, № 225 Балон за обдишване, № 226 Балон за обдишване, № 227 Балон за обдишване тип „АМБУ” неонатологичен, № 328 Чаршаф едн. за цезарово сечение с изрязан джоб, № 329 Чаршаф едн. гин. лапароскопски, № 332 Хартия ОАЕ, № 351 Първи химичен индикатор, № 352 Втори химичен индикатор, № 353 Втори химичен индикатор, № 360 Шлангове за анестезиологичен апарат Дрегер – не са оферирани данни за предлаганата опаковка и броя опаковки; МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

8. „Медилон“ ЕООД за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона. МОТИВИ: Описаните с номенклатурни номера продукти не отговарят на изискванията на техническата спецификация във връзка с Раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата, т.2. Изисквания към изготвянето на Техническото предложение, т.2.1. и т.2.3. от документацията за участие и посочените конкретни несъответствия за всяка номенклатура.

II. Обявявам **КЛАСИРАНЕТО** на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали", съгласно **Приложение № 1 -** Сравнителна таблица за класиране на участниците, което е неразделна част от настоящото решение.

III. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка участниците, класирани на първо място в откритата процедура съгласно **Приложение № 2 -** Таблица за определяне на изпълнители, което е неразделна част от настоящото решение.

IV. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, екземпляр от настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата.

V. На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, във връзка с чл.42, ал.2, т.1 и т.4 и чл.43, ал.1 изр. 2 от ЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача на „Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД в електронната преписка на поръчката на адрес: http://www.sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2019-0006_Aug.html, заедно с протоколите и окончателния доклад от работата на комисията в деня на изпращане на решението на участниците.

VI. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл.197 от ЗОП.

Неразделна част от настоящото решение са:

Приложение № 1 – Сравнителна таблица за класираните на участниците

Приложение № 2 – Таблица за определяне на изпълнители

Заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(д-р Румен Любенов ВЕЛЕВ)